



Chlorine HR/
Хлор
(0.0 - 5.0 mg/l)



WATER TESTING
MADE IN GERMANY



Instructions
Инструкции

Reagents

Реактивы




FTS101

TbsRD1
DPD 1 RAPID (free chlorine)

Дополнительно
TbsRD3
50 x DPD 3 RAPID

не входит в базовый комплект



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB)

CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children! Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(RU)

ВНИМАНИЕ!

Реагенты предназначены исключительно для анализа воды!
Не употреблять в пищу! Хранить подальше от детей! Хранить в прохладном и сухом месте! Перед тестированием тщательно очистите тестер!



очистка

1

Для
тестирования
залейте 10 мл
воды



**2**

Free Chl. = 1 x DPD 1


Total Chl. = 1 x DPD 1 + 1 x DPD 3

ПЛЮС 2 МИН

Combined Chl. = Total Chl. - Free Chl.

3**4**

4: Вставьте палочку FTS101
со шкалой измерения Chlorine
(0.00 - 5.00 mg/l)

5

!!! ВАЖНО !!!

Очень высокий уровень
хлора отбеливает
реагент DPD и приводит
к обесцвечиванию
раствора!

Таблетки DPD RAPID
оставляют белый остаток на
дне тестера. Это является
нормой и не влияет на
измерения.

без моющих
средств



тщательно
очистить

